

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PARCIAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023

O Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul - RS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas, e nos termos do art. 43, inciso VI da Lei Federal 8.666/93, bem como a ata de recebimento, abertura e julgamento das propostas, exarados pelo pregoeiro e equipe de apoio, **HOMOLOGA** o presente processo licitatório em todos os seus termos, conforme segue:

► **Empresa:** CALMED DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI

Item	Descrições/Características Mínimas	Unidade	Quantia	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
2	Kit Acadêmico Odontológico 4 peças: Kit de uso profissional da área odontológica, contendo: 01 Peça de Alta Rotação, 01 Peça Micromotor, 01 Contra Ângulo, 01 Peça Reta + Óleo lubrificante + Adaptador do contra ângulo para brocas FG + Estojo do Kit e estojos individuais. "MODELO: Kit Acadêmico Magnus Prime Led, contendo: 01 (uma) Caneta de Alta Rotação Prime LED CX207; 01 (um) Micro Motor Prime CX235; 01 (um) Contra Ângulo Prime CX235; 01 (uma) Peça Reta Prime CX235; 01 (um) Óleo Lubrificante. MARCA: Dentemed/Fabricante Dentemed – Procedência Nacional – REGISTRO ANVISA: 80349600009, 80349609007, 80349609006, 80349609005".	Unid.	1	1.250,00	1.250,00
7	Compressor Odontológico, isento de óleo, capacidade do reservatório de no mínimo 40 litros, potência de no mínimo 2hp e consumo de 6 a 7 pés, com relê térmico para não superaquecer o equipamento, com pintura eletrostática do tanque, voltagem 220V e que enquadre nas novas normas vigentes conforme resolução do INMETRO. "MODELO: Prime AIR 40 MARCA: Dentemed, Procedência Nacional, RMS: Dispensado de Registro na Anvisa (Não considerado Produto para Saúde conforme Parágrafo 2º Art. 2º - IV da RDC 260/02)".	Unid.	1	2.150,00	2.150,00

► Empresa: GUILHERME XAVIER PIVA - ME

Item	Descrições/Características Mínimas	Unidade	Quantia	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
3	Mocho Odontológico equipamento com sistema de elevação do assento a gás através de alavanca lateral; Encosto anatômico; Base com 5 rodízios; Estofamento em material rígido e resistente com revestimento sem costura, densidade adequada e que não deforma; Acabamento liso com cantos arredondamentos; Altura regulável. MARCA/MODELO: Teckcad/Gir Mocho.	Unid.	1	280,00	280,00

► Empresa: PIETRA ODONTO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIDORA EIRELI

Item	Descrições/Características Mínimas	Unidade	Quantia	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
5	Ultrassom Odontológico – Scaler Jet Pump Led – Jato de Bicarbonato: filtro de ar com drenagem automática. Pressão do ar comprimido de 80 PSI, reservatório de pó removível e transparente, acompanha reservatório para irrigação de água, chave de limpeza do sistema de mangueiras internas. Controle independente de fluxos de água e pó. Ultrassom: peça de mão removível e autoclavável frequência de 29 khz e ajuste de potência comandado pelo operador, com caneta de Led, sistema piezoelétrico. Troca de função através de botão de seleção, painel digital com leds individuais bivolt. Acompanha 3 pontas de ultrassom (insertos) e chave para remoção de insertos. MARCA/MODELO: Kondentech-Ultrassom + jato de Bicarbonato – Scaler Jet Pump Led – Digital.	Unid.	2	1.000,00	2.000,00

► Empresa: QUICKBUM E-COMMERE - EIRELI

Item	Descrições/Características Mínimas	Unidade	Quantia	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
6	Aparelho de Laserterapia Portátil Duo é um equipamento portátil, prático e de fácil manuseio, disponível com os dois lasers na mesma caneta (660nm e 808nm): vermelho e infravermelho, respectivamente. É indicado para a área odontológica. O equipamento trabalha com potência plena de 100mW, com programação por tempo de 10 a 90s, energias de 1 a 9 J. Possui na programação os modos ILIB (fotobiomodulação Sistêmica) tanto com Laser Vermelho quanto com Laser infravermelho, com pulseira rosqueável. Indicação o Laser vermelho (660nm) é visível e é o mais indicado para a cicatrização, ele atua na camada mais superficial dos tecidos. Indicado após cirurgias, extrações e em todas as situações onde o profissional deseja acelerar e realizar uma	Unid.	1	3.383,00	3.383,00

	cicatrização mais organizada. O Laser infravermelho (808nm) é invisível e tem atuação mais profunda nos tecidos, sendo indicado para analgesia, desinflamação, ação antiedematosa e reparação neural. MARCA/MODELO: Laser DUO MMO.				
--	---	--	--	--	--

► **Empresa:** STERMAX PRODUTOS MÉDICOS EIRELI

Item	Descrições/Características Mínimas	Unidade	Quantia	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$
1	Autoclave 21 litros, com display de LCD; bivolt automático – 127/220V que permita ser utilizado em redes elétricas com variações entre 95 até 245V; desaeração e despressurização automáticas; Tampa e Câmara em aço inox; Secagem ultra eficiente com a porta fechada. MARCA/MODELO: Stermax Flex 21 Litros	Unid	1	3.820,00	3.820,00

Determino que sejam adotadas as medidas cabíveis para a contratação das referidas empresas.

No que tange ao item “4”, ou seja, “*Raio X Portátil: Material anel de proteção plástico injetado com bário; Painel LCD; Tipo de exposição mola, inciso e canino; Permita utilizar filme ou sensor digital; Bateria recarregável. Potência de entrada de 600W; Tensão elétrica de 60 KV*”, verifico que o Cirurgião Dentista do Município, Dr. Marcelo Pecin Vanz realizou a análise técnica do equipamento/modelo ofertado pela empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA – EPP, especialmente considerando o prospecto e informações encaminhadas ao Município. Na referida análise, apurou-se que o modelo ofertado (X70) é “fixo de parede” “coluna móvel”, quando, de fato, o Município deseja adquirir um aparelho de Raio X Portátil.

Com efeito, a partir do laudo expedido pelo Dr. Marcelo Pecin Vanz, frente ao prospecto do produto, é de fácil percepção que o equipamento ofertado na licitação não atende o objeto licitado, razão pela qual a medida impositiva é a **NÃO HOMOLOGAÇÃO DO ITEM**, eis que o equipamento ofertado e, portanto, a proposta não atendeu às exigências do ato convocatório (art. 48, inc. I, da Lei nº 8.666/93 c/c item 7.2., alínea “a”, do Edital).

Publique-se. Cientifique-se as interessadas, em especial o licitante que se sagrou vencedor do item “4”, ou seja, a empresa DENTÁRIA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR PORTO ALEGRENSE LTDA – EPP para, querendo e no prazo legal, manifestar-se.

Coqueiros do Sul/RS, em 22 de setembro de 2023.

VALOIR CHAPUIS
Prefeito Municipal